1



Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.

2

Schud de dosisaerosol goed.

3



Plaats de dosisaerosol in de AeroTrach Plus®.

4



Plaats de AeroTrach Plus® voorzichtig op de canule.

5

Druk de dosisaerosol één keer in aan het begin van de inademing.

6



Houd de AeroTrach Plus® gedurende 5 in- en uitademingen op zijn plaats.

7



Verwijder de AeroTrach Plus® voorzichtig uit de canule.

8



Verwijder de dosisaerosol uit de AeroTrach Plus®.

9



Herhaal bij meerdere doses de stappen 2 t/m 8.

Goed om te weten

- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, goed schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosisaerosol drie pufjes).

- De adaptor moet tijdens de toediening van de medicatie op zijn plaats worden gehouden.

- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de AeroTrach Plus® eenmaal per jaar. Vooral het ventiel kan na verloop van tijd minder goed functioneren.

- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur (niet in de badkamer of de keuken).

Reinigen

Reinig de AeroTrach Plus® dagelijks.

- Verwijder **alleen** de achterkant van de AeroTrach Plus® (A) en was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje (B).

- Afspoelen, goed uitschudden, niet afdrogen maar aan de lucht laten drogen.

- Plaats de achterzijde op de AeroTrach Plus®.

Naam inhalator: **AeroTrach Plus®**

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____

© 2022 Esculaap Media bv, Lent, versie 1.0